

RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ

Székhelyén

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Részvételre Jelentkező!

Tájékoztatom, hogy a HM Beszerzési Hivatal 2016.08.31-t követően megszűnt, jogutóda a HM Védelemgazdasági Hivatal.

2016.08.30-án az egyik gazdasági szereplő az alábbi kiegészítő tájékoztatáskérésekkel fordult az Ajánlatkérőhöz az „Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszer üzemben tartása (2016-2018)” tárgyú beszerzési eljárásban. Az Ajánlatkérő a feltett kérdéseket megküldte a megbízó részére és a válaszok a megbízó nyilatkozatai alapján kerültek meghatározásra.

1. „Mi indokolja az izotópok aktivitásának drasztikus megemelését és ennek következtében a „C” szintű labor szükségességét?”

A gyártói dokumentációk korábban is a műszaki követelményekben meghatározott aktivitású izotópok meglétét írták elő. A 652-16/2016. számú részvételi felhívás (továbbiakban: Részvételi felhívás) tárgyát képező eszközök üzemben tartásának része a magasabb szintű technikai kiszolgálás, aminek feltétele, hogy a gyártói előírásokban meghatározott dózisteljesítményű térben kell a kalibrációt végrehajtani. A Részvételi felhívásban megadottak között olyan műszer is van, amelyhez éppen a felsorolt aktivitású sugárforrásra van szükség.

A „C” szintű zárt izotóplabor a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a (4) bekezdés b) pontja alapján szükséges:

„7. § (1) A nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások alkalmazása, tárolása és szállítása, valamint a radioaktív hulladékok feldolgozása, tárolása és szállítása során a (2)-(5) bekezdésnek megfelelően a fizikai védelmi rendszer négy szintjét kell kialakítani úgy, hogy biztosítani kell:

(4) C-szintű fizikai védelmet kell biztosítani:

b) 2. és 3. kategóriába tartozó radioaktív sugárforrás alkalmazása - kivéve hordozható eszközökben alkalmazott zárt radioaktív sugárforrások vizsgáló laboratóriumon kívül történő alkalmazását -, tárolása és szállítása esetén.”

A megbízó álláspontja szerint a jelen eljárás tárgyát képezi a 2. kategóriába tartozó radioaktív sugárforrások kezelése, amiből pedig következik a Részvételi felhívás 9/c) pontjában (M3 alkalmassági feltétel) megjelölt laboratórium szükségessége.

2. „Az Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszer üzemben tartásának elvégzéséhez, miért szükséges átfogó fokozatú sugárvédelmi ismeretekkel rendelkező szakember?”

Szakember szükségességét a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése írja elő, amelynek az a) pontja rögzíti, hogy:

„Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik „A” kategóriájú munkavállalók alkalmazását igénylő feladatok végrehajtását vezető vagy felügyelő személyek.”

Ugyanezen Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése határozza meg az alábbiakat:

„A sugárterhelésnek kitett munkavállalók a dozimetriai ellenőrzés és a sugárvédelmi monitorozás szempontjából az alábbi kategóriákba sorolandók:

a) „A” kategória: azok a sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akiknek a sugárterhelése meghaladhatja az évi 6 mSv effektív dózist, vagy a szemlencsére nézve az évi 15 mSv, vagy a bőrre vagy a végtagokra nézve az évi 150 mSv egyenértékdózist.”

A megbízó álláspontja szerint a beszerzés tárgyát képező eszközökön magasabb szintű technikai kiszolgálási műveleteket végző személyek ebbe a körbe tartoznak.

Az átfogó sugárvédelmi oktatást az Országos Atomenergia Hivatal jegyzékében szereplő minősített oktató helyek végzik.


3. Az eredményes részvételi jelentkezés érdekében az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés határidejét az „Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszer üzemben tartása (2016-2018)” tárgyú beszerzési eljárásban **2016. szeptember 13-án 11:00-ra** módosítja.

A Részvételi felhívás egyéb rendelkezései nem változnak.

Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2016. szeptember *06* n.

Tisztelettel:


Dr. Tomka Barnabás
 beszerzési főigazgató-helyettes

