

# **KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**

2. számú módosítás

**A**

„*Laboratóriumi eszköz beszerzés 2016-2017*”

**TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

Beszerzés azonosító: 67002/16-10/49



Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2016/S 210-380797 számon megjelent Ajánlati felhíváshoz tartozó BI/698-18/2016 nyilvántartási számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. mellékletét képező Műszaki és átvételi követelmények „3.1.7. A készülékhez tartozzon tartománybővítő hígító, indulókészlet, ami biztosítja a mérések végrehajtását, továbbá ellenőrző-, kalibráló folyadékok a következők szerint:” pont az alábbiak szerint módosul:

3.1.7. A készülékhez tartozzon tartománybővítő hígító, indulókészlet, ami biztosítja a mérések végrehajtását, továbbá ellenőrző-, kalibráló folyadékok a következők szerint:

Induló készlet: 5 évi (1250 teszt) vizsgálathoz szükséges mennyiségű patron, szűrő.  
(A megadott teszt szám 65 %-a repülőpetróleumok, 35 %-a motorikus gázolajok (közép desztillátumok) FAME tartalmának meghatározását jelenti. Repülőpetróleumok esetén a várható FAME tartalom 0-100 mg/kg, gázolajok esetén 5-10 v/v %. Egyéb termékek vizsgálatát a következő öt évben Ajánlatkérő nem tervezi, az induló készletet ennek megfelelően kell összeállítani).

Tartománybővítő hígító: 5 évi (1250 teszt) vizsgálathoz szükséges mennyiségben.

Ellenőrző folyadékok:

- 30 mg/kg FAME tartalom 1 db kiszerelés: 100-250 ml
- 100 mg/kg FAME tartalom 1 db kiszerelés: 100-250 ml
- 400 mg/kg FAME tartalom 1 db kiszerelés: 100-250 ml
- 900 mg/kg FAME tartalom 1 db kiszerelés: 100-250 ml

Kalibráló folyadékok: 1 db kilenc folyadékot tartalmazó sorozat

(koncentrációk: 30, 75, 100, 125, 150, 300, 500, 800 és 1000 mg/kg FAME tartalom kiszerelés: 100-250 ml.)

Budapest, 2016. november 25.

Fodor Péter dandártábornok  
főigazgató

